Version 8 avril 2020 - 20h00

Entreprise	Contact commercial	Ville	Département	Région	Volume de production prévu par semaine (début avril)	Montée en cadence possible (par semaine à fin avril)	Lavable / Usage unique	Prototype 1						Prototype 2						Prototype 3						Prototype 4						Prototype 5						Prototype 6					
								Nom	Référence DGA	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Etat neuf		Après lavage	
										Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm
13 A'TIPIK	atipik13@gmail.com	Marseille	13	PACA	2 000	8 000	Test en cours	Masque M01	MED-1129	335	95,3	Non testé	Non testé																														
Adapei Pro70	kchabod@adapeipro70.fr - 06 24 77 15 61	Vesoul	70	Bourgogne-Franche-Comté	10 000	10 000	Test en cours	Masques et tissu	MED-1110	1110	95,3	Non testé	Non testé																														
AJ Biais	Service ADV – Taous AKIF masques@ajbiais.com	Saint Etienne	42	Auvergne Rhône Alpes	25 000	100 000	Test en cours	modèle n°1	MED-1175	215	98,1	Non testé	Non testé																														
Amarine Couture	M. Pierre NOGALES	Saintes	17	Nouvelle Aquitaine	5 000	7 500	Test en cours	Masque B : Chirurgical avec lacet	MED-1160	357	85,2	Non testé	Non testé																														
Annelise Morin	06 61 53 93 62 commercial@la-vague.com	Champagne	72	Pays de la Loire	5 000	7 500	Lavable au moins 5 fois	LVH0-1 avec matière ALPEX H0	MED-1268	212	95,5	148	95,5																														
Atelier d'Ariane	Véronique Granata - veronique@atelierdariane.fr 06 25 28 91 03	Lavau	10	Grand Est	70 000	70 000	Usage unique	CONF TEQ	MED-1042	145	99,7	Usage unique	Usage unique																														
Ateliers Grandis	https://lesateliersgrandis.fr/ - 02 33 91 17 60	Saint Pair Sur Mer	50	Normandie	50 000	50 000	Test en cours	Alternative DGA - Matériau 1 : une seule couche externe + une couche interne (mousse)	MED-1050	173	84,4	Non testé	Non testé	modèle n°4 lavé	MED-1192	729	74,8	Non testé (non lavé par la DGA)	Non testé (non lavé par la DGA)	modèle n°4 non-lavé	MED-1192	540	73,1	Non testé	Non testé																		
Balsan	Chantal Grillon - 06 70 96 36 58 - chantal.grillon@groupemarck.fr	Multiples	Multiples	Multiples	70 000	150 000	Test en cours	A : H0 (Alpex)	MED-1102	212	95	Non testé	Non testé																														
Bancarel Housses	r.chamorot@bancarel.com	Rodez et Vitry/Seine	12 et 94	occitanie et Ile-de-France	1 000	20 000	Test en cours	2B	MED-1189	835	91	Non testé	Non testé	2B	MED-1222	1120	85	Non testé	Non testé																								
Bayart Vanoutryve TaL (BV TAL)	Frédéric Papillon Irène Monin 04 77 69 30 60 imonin@tadl.fr	Charlieu	42	Auvergne-Rhône-Alpes	10 000	70 000	Test en cours	masque	MED-1332	182	94	Non testé	Non testé	masque	MED-1263	489	87	Non testé	Non testé	Masque – 3 couches 100% polyester + membrane alvéolée	MED-1056	455	85,4	Non testé	Non testé																		
Belice	Jean Claude Smadja - tissusacreer@gmail.com - 02 37 30 28 91	Pierrefitte	93	l'île de France	5 000	10 000	Test en cours	Masque tri couche blanc	MED-1218	109	93,3	Non testé	Non testé																														
Belinac	antoine@belinac.com	Saint Just Saint Rambert	42	Loire	8 000	10 000	Test en cours	S07	MED-1229	159	82	Non testé	Non testé																														
Berjac	contact@berjac-sas.fr - 03 29 34 01 76	Dogneville	88	Grand Est	25 000	40 000	Lavable au moins 5 fois	Masques A Grenoble – Masque B Nanterre	MED-1090	298	84,1	130	96,6	Masque bec de canard	MED-1221	267	94	Non testé	Non testé																								
Bettina	commandescovid19@bettina.mc	Monaco			5 000	20 000	Test en cours	1/2interlock+ maille anglaise Insert jacquard piqué coton gaze/ polyamide	MED-1301	132	98	Non testé	Non testé																														
Bluebuck Clothing	pierre@retailfactor.com	Portugal			25 000	50 000	Test en cours	Masque blanc bi couche avec attache élastique	MED-1154	218	99,5	Non testé	Non testé	B : bec de canard - lavé	MED-1236	Non testé	Non testé	621	93																								
Boldoduc	Jean-Charles Potelle - assistante-direction@boldoduc.fr - 04 78 80 00 16	Dardilly	69	Auvergne-Rhône-Alpes	125 000	375 000	Lavable au moins 20 fois	Bold'R Max (matériau V2)	MED-1248	264	98	101	93	Bold'R (matériau V1)	MED-1248	276	78,4	191	87																								
Bonnefoy Creations	Chloé Bonnefoy contact@maison-bonnefoy.com 04 71 66 07 34	Les Villettes	43	Auvergne-Rhône-Alpes	4 000	4 000	Test en cours	Masque tri couche. Face interne et externe en tricot blanc, insert type polaire marron.	MED-1215	171	100	Non testé	Non testé																														
Bonneterie Chanteclair	Thomas Delisle - t.delise@chanteclair.fr - 03 25 41 71 68	St Pouange	10	Grand Est	16 800	200 000	Lavable au moins 5 fois	masques profilé	MED-1060	142	96,5	137	99,1																														
Broderies Leveaux	Benjamin POTENCIER 06 07 05 77 73 benjamin@broderies-leveaux.fr	Walincourt-Selvigny	59	Hauts de France	100 000	126 000	Test en cours	NB 3-400 g	MED-1166	359	91	Non testé	Non testé	NB 245 g	MED-1166	432	85	Non testé	Non testé																								
Ceetex	Romain Dendievel - ceetex@live.be - 03 24 75 30 96 35	Herinnes-Lez-Pecq, Belgique			6 000	6 000	Lavable au moins 5 fois	PA66	MED-1000	237	93,1	134	96,1	Masque deux élastiques niveau chaque oreille + 1 poche interne insert potentiel	MED-1001	133	98,86	Non testé	Non testé																								
Chamatex (Groupe Chamatex / Chamatex / Pierre Rocle)	Navarro Sandrine - 06 63 95 85 09 - snavarro@chamatex.fr & Plouzennec Laurent - 06 07 34 41 51 - laurent.plouzennec@rocle.net	Ardoix/Tarare	07 et 09	Auvergne-Rhône-Alpes	20 000	100 000	Test en cours	Coupon tissus blanc	MED-1047	135	88,6	Non testé	Non testé	A1	MED-1047	135	88,6	Non testé	Non testé	C1	MED-1185	217	77	Non testé	Non testé																		
Chantelle Lingerie	contact.masques@groupechantelle.com	Tunisie Thailande Vietnam			20 000	470 000	Test en cours	E	MED-1241	135	98,1	Non testé	Non testé	Proto 2	MED-1174	256	90	Non testé	Non testé	D	MED-1241	223	90,7	Non testé	Non testé	Proto 1	MED-1174	390	76	Non testé	Non testé												
Chargeurs PCC / Lainière de Picardie	Déborah BERGER orders_LS@chargeurs-pcc.com / dberger@chargeurs.com 03 22 83 83 55 06 27 06 73 52	Buire Courcelles	80	Hauts de France	500 000	5 000 000	Test en cours	Matériau H - LH01	MED-1259	144	97,3	Non testé	Non testé	tériau D - LH0	MED-1259	344	79,9	Non testé	Non testé	Matériau E - LH010	MED-1259	368	82,2	Non testé	Non testé	tériau F - LH	MED-1259	163	84,5	Non testé	Non testé	tériau G - LH	MED-1259	437	82,1	Non testé	Non testé	Matériau biface gris/blanc	MED-1081	397	75,1	Non testé	Non testé

| | | |

Mitwill Textiles Europe	03 89 57 82 73 textiles@mitwill.com	Sausheim	68	Grand Est	125 000	125 000	Test en cours	modèle VSG2 (MED-1158 + 3eme couche)	MED-1275	329	93,8	Non testé	Non testé	Masque bicouche tissu blanc avec attache coton.	MED-1158	331	83,4	Non testé	Non testé																								
Mode Grand Ouest Textile du Maine)	contact@modegrandouest.fr - 02 41 75 29 29	Cholet	49	Pays de la Loire	217 000	300 000	Usage unique	Léa	MED-1071	632	85,7	Usage unique	Usage unique	Pascal	MED-1071	458	97,5	Usage unique	Usage unique	Matériau alternatif DGA		112	95	Usage unique	Usage unique	Matériau blanc 2 couches		632	85,7	Usage unique	Usage unique													
Mortelecque	http://www.mortelecque.com/fabricant-filtration-industrielle-france.html - contact@mortelecque.com - 03 20 96 66 69	Provin	59	Hauts de France	25 000	25 000	Test en cours	PE/PE 401	MED-1077	203	98,2	Non testé	Non testé	PE/PE 501	MED-1077	123	99,7	Non testé	Non testé	361 CS17EX	MED-1077	282	95,7	Non testé	Non testé	PE/PE 25 microns	MED-1077	989	77,2	Non testé	Non testé	PE/PE 50 microns	MED-1077	1080	83,2	Non testé	Non testé						
Mtechnologies	contact@m-technologies-online.com - 03 62 72 61 37	Tourcoing	59	Hauts de France	500	1 000	Usage unique	Masques	MED-1113	579	73	Usage unique	Usage unique																														
Nextemballage - MDP design - Société Picard	Plateforme picard	Nersac	16	Nouvelle Aquitaine	500 000	1 500 000	Usage unique	Masque + matériau, polyester non tissé	MED-1293	539	95	Usage unique	Usage unique																														
Noyoco Studio	Eric Nemo eric@noyoco.com 0603192988 masques@noyoco.com	Portugal			40 000	80 000	Test en cours	Alternative DGA : Masque 3 couches popeline+moleton	MED-1096	381	94,5	Non testé	Non testé	Modèle 4	MED-1296	325	94	Non Testé	Non Testé																								
Open Act	Walbrou Ingrid 06.12.51.49.89 Ingrid.walbrou@gmail.com	Saint Nicolas de la Balerme	47	Nouvelle Aquitaine	1 300	4 300	Test en cours	Lot 1 à 4	MED-1217	733	95,1	Non testé	Non testé																														
Opmatis	info@opmatis.com	Les Olmes	69	Auvergne-Rhône-Alpes	5 000	5 000	Test en cours	Masque chirurgical lien marron	MED-1183	449	97	Non testé	Non testé																														
Oscar de la table	Xavier Akoka - webmasters@oscardelatable.com - 07 64 08 42 01 - 06 12 13 30 78	Paris	75	Ile-de-France	150 000	250 000	Usage unique	JTEX 2407/65C	MED-1136	563	90,3	Usage unique	Usage unique																														
Pavoifêtes	02 47 05 32 73 cip-pavoifetes@pavoifetes.com	Tours	37	Centre-Val de Loire	1 200	3 500	Test en cours	N4	MED-1161	151	82	Non testé	Non testé																														
PLIM	Anabelle 07 57 45 91 98 kam@plim.fr	MELLE POITIERS	79 86	Poitou Charentes (Nouvelle Aquitaine)	9 000	12 500	Test en cours	RP 2065	MED-1237	210	98	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	174	98	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	241	96	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	155	92	Non testé	Non testé	RP 1997	MED-1237	433	86	Non testé	Non testé						
Poyet Motte	Alain Couble - 06 37 43 06 81 Valérie Bied - 04 74 64 79 31	Vietnam			200 000	400 000	Test en cours	FACE MASK VERSION 1	MED-1155	243	98,4	Non testé	Non testé																														
Real Stamm / Royal Mer	Roland Coulombel roland.coulombel@royal-mer.com	La Regrippière	44	Pays de la Loire	22 000	50 000	Test en cours	Fil tricoté 100% coton - Ref DGA - RP 2028 MED 1164	MED-1164	209	93	Non testé	Non testé	PROTEX S - Tissu confectionné coton/polye	MED-1235	268	96	Non testé	Non testé	Proteck_1	MED-1253	512	74	Non testé	Non testé	Proteck_2 Fil tricoté coton/polyester - Ref DGA - RP	MED-1253	116	99	Non testé	Non testé	Proteck_3	MED-1253	102	95	Non testé	Non testé	Proteck_7	MED-1317	383	100	Non testé	Non testé
Résilience	Stéphanie Dufour - masquesresilience@gmail.com	Ferdrupt	88	Grand Est	600 000	800 000	Lavable au moins 10 fois	Masque et tissu en complexe	MED-1088	288	94,9	420	99																														
RKF Luxury Linen	Hanane Farès hanane@rkfgroup.fr +33 6 23 42 10 30	Belfort / Luxeuil les Bains	90/70	Bourgogne-Franche-Comté	80 000	140 000	Test en cours	EVO 40 PK disposé en double couches (Freudenberg)	MED-1099	162	95,1	Non testé	Non testé																														
Romain Briffault	Florence BRIFAULT - florence@romainbriffault.fr - 06 52 38 58 56	Morgny la Pommeraye	76	Normandie	500	1 000	Test en cours	Masque et tissu	MED-1118	188	79,5	Non testé	Non testé	N°5 - D	MED-1294	112	85	Non testé	Non testé																								
Sedem	https://www.sedem.com/fr/ - 02 51 93 10 03	Falleron	85	Pays de la Loire	5 000	10 000	Lavable au moins 5 fois	Masque bec de canard noir version 1	MED-1207	137	95	109	99	Masque rouge version 2	MED-1207	181	98	368	99	Masque blanc et rouge	MED-1031	334	87,5	Non testé	Non testé	Masque blanc	MED-1031	512	86,3	Non testé	Non testé												
Sericyne	Laure Girardet - masques@sericyne.fr - +33 4 66 78 88 04	Monoblet	30	Occitanie	1 000	1 000	Usage unique	Matériau soie triple épaisseur	MED-1036	1080	80	Usage unique	Usage unique																														
Sigvaris	https://www.sigvaris.group/fr-fr/ - 03 89 70 24 24 (service clientèle - commande)	Saint-Just-Saint-Rambert	42	Auvergne-Rhône-Alpes	80 000	80 000	Test en cours	Masque «tour de cou» face bleu polyamide/élasthanne et avec insert fourni mis en place (1B)	MED-1098	378	98	Non testé	Non testé	Masque classique bec de canard PP90 non tissé 145*200 (2)	MED-1098	618	72	Non testé	Non testé																								
Société nouvelle tissages Carret	Valerie Vidaud 0476058585	St Genix sur Guiers	73	Auvergne-Rhône-Alpes	100 000	130 000	Test en cours	Masque Tissu blanc et violet, attaches élastiques	MED-1177	143	88,9	Non testé	Non testé	54197-SNTC002	MED-1297	300	86	Non testé	Non testé																								
Sonefi	sonefi@wanadoo.fr - 04 66 82 54 35	Saint Laurent des Arbres	30	Occitanie	2 000	3 000	Test en cours	Feutre laine B1601	MED-1111	516	95,5	Non testé	Non testé																														
TDV Industries	Paul Devilder	Laval	53	Pays de la Loire	-	150 000	Test en cours	N°9 B	MED-1290	129	82	Non testé	Non testé	N°10 C	MED-1290	147	75	Non testé	Non testé																								
Textile Events	m.sobe@textile-events.fr	Stains	93	Ile de France	10 000	20 000	Test en cours	Matériau A	MED-1148	150	83	Non testé	Non testé	Matériau I - 2 couches	MED-1148	219	87	Non testé	Non testé	Matériau J - 3 couches	MED-1148	144	94	Non testé	Non testé																		
Thonic Innovation	contact@thonic.care 06 32 82 07 67	MONISTROL-SUR-LOIRE	43	Auvergne-Rhône-Alpes	2 500	5 000	Test en cours	Masque blanc 3 couches. Attache large bande	MED-1288	384	86	Non testé	Non testé																														
Thuasne	Véronique Mancini - veronique.mancini@thuasne.fr - 06 22 15 30 91	Saint-Etienne	42	Auvergne-Rhône-Alpes	70 000	70 000	Test en cours	Masque PA 100%, tricot, tricotage en forme	MED-1012	121	99,5	Non testé	Non testé	Masque Polyester microfibres 92% - Elasthane 0,5 % - Viscose 7,5 %"	MED-1013	99,3	99,5	Non testé	Non testé	A = TRI66 liseré (A) bleu marine	MED-1123	203	98,8	Non testé	Non testé																		
Tissages de Charlieu (LTC)	info@ltc-jacquard.com - 04 77 60 00 44	Charlieu	42	Auvergne-Rhône-Alpes	1 700 000	2 000 000	Lavable au moins 5 fois	Masques avec matériau 51% polyester, 48% coton, 1% elasthanne	MED-1097	319	98,5	221	97,3																														
Tricots Saint James	Fabienne Mauduit - fabienne.mauduit@saint-james.fr - 02 61 41 05 59	Saint-James	50	Normandie	12 000	15 000	Lavable au moins 5 fois	Masques et matériaux 3 couches	MED-1076	177	95,3	129	99,2																														
UTTI	masque@uttyarns.com - 08 30 80 15 86	Tourcoing	59	Hauts de France	2 800	4 200	Test en cours	Masque tissu élastique vert avec insert	MED-1039	296	97,5	Non testé	Non testé																														
Valrupt TGV Industries	Geoffroy Defer - gdefer@valrupt-tgv.com - 03 29 23 60 60	Rupt-sur-Moselle	88	Grand Est	70 000	300 000	Test en cours	Masques et tissu	MED-1092	341	80,1	Non testé	Non testé																														

VANDERSCHOOTEN (producteur) / NORLINGE (distributeur)	Bernard VANDERSCHOOTEN bernard@vanderschooten.com - 03 20 44 07 20 – Nicolas SIX nsix@norlinge.fr – 03 20 44 07 21	Nieppe	59	Hauts de France	23 000	82 000	Test en cours	D03-10001-MAS004-NEU	MED-1105	163	96,6	Non testé	Non testé																																
Verticale	verticale88@free.fr	Neuilly sur seine	92	Ile de France			Test en cours	Masque	MED-1226	208	75	Non testé	Non testé																																

Légende :

mesures de filtration et de perméabilité susceptibles de permettre une qualification du masque en catégorie 1

mesures de filtration et de perméabilité susceptibles de permettre une qualification du masque en catégorie 2